MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nr. 16432/ 20.03.2017

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE Nr. 438

pentru laboratoarele care efectuează monitorizarea calităţii apei potabile

Laboratorul: Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Chimie Sanitara-Compartiment Teritorial **URZICENI**

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IALOMITA

Adresa: Str. Republicii, nr. 12, Urziceni, jud. Ialomita
CUI: 4232135

Instituţia evaluatoare: Centrul Regional de Sanatate Publica Bucuresti;

Data evaluării: 02.03.2017

În conformitate cu prevederile art. 7 din *Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare,* şi ale art. 15 din anexa nr. 1 la *Hotărârea Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile*, laboratorul sus-menţionat este înregistrat în Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calităţii apei potabile pentru:

- monitorizare control [x]
- monitorizare audit [x]
- prelevare probe [x]

Anexe: A. Lista parametrilor pentru care laboratorul este înregistrat

B. Analizele şi metodele de analiză pentru care laboratorul este înregistrat

Înregistrarea este valabilă timp de 2 ani, în condiţiile în care nu apare nici o modificare care să conducă la neconformarea cu datele furnizate la data înregistrării

DIRECTOR GENERAL
DR. AMALIA SERBAN

Str. Cristian Popişteanu nr.1-3, sector 1, cod 010024, Bucureşti , România
Tel: +4021 3072667/624 Fax: +4021 3131452/ 3072567 e-mail dam@ms.ro

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE NR. 438 / 20.03.2017

Anexa A: Lista parametrilor pentru care laboratorul este înregistrat

Anexa B: Lista metodelor de analiză pentru care laboratorul este înregistrat

Nr. crt.	Parametrul	Metoda de analiză	Observaţii (modificări survenite de la înregistrarea anterioara)
1	Nitriti	SR EN 26777:2002	Fara modificare
2	Nitrati	SR ISO 7890-3:2000	Fara modificare
3	Amoniu	SR ISO 7150-1:2001	Fara modificare
4	Aluminiu	SR ISO 10566:2001	Fara modificare
5	Cloruri	SR ISO 9297:2001	Fara modificare
6	Clor liber si clor total	SR EN ISO 7393-2:2002	S-a modificat metoda de lucru SR EN ISO 7393-1:2002 cu SR EN ISO 7393-2:2002
7	Conductivitate	SR EN 27888:1997	Fara modificare
8	Culoare	SR EN ISO 7887:2012 (met. A)	Fara modificare
9	Duritate totala	SR ISO 6059:2008	Fara modificare
10	Fier	SR ISO 6332:1996/C91:2006	Fara modificare
11	Gust si miros	SR EN ISO 1622:2007	Fara modificare
12	Indice de permanganat	SR EN ISO 8467:2001	Fara modificare
13	pH	SR ISO 10523:2012	Fara modificare
14	Sulfuri si H_2S	SR 7510:1997	Fara modificare
15	Turbiditate	SR EN ISO 7027-1:2016	S-a anulat SR EN ISO 7027:2001; s-a inlocuit cu SR EN ISO 7027-1:2016
16.	Cadmiu	SR EN ISO 15586:2008	Prima inregistrare
17.	Mangan	SR EN ISO 15586:2008	Prima inregistrare
		SR EN 8288:2001	Prima inregistrare
18.	Crom	SR EN ISO 15586:2008	Prima inregistrare
19.	Cupru	SR EN ISO 15586:2008	Prima inregistrare
20.	Nichel	SR EN ISO 15586:2008	Prima inregistrare
21.	Plumb	SR EN ISO 15586:2008	Prima inregistrare
22.	Arsen	SR EN ISO 15586:2008	Prima inregistrare
23.	Sodiu	ISO 9964-1:1993	Prima inregistrare
24.	Prelevare probe	SR EN ISO 5667-1:2007; SR EN ISO 5667-3:2013; SR ISO 5667-5: 2017	A fost adoptat SR ISO 5667-5: 2017

Evaluator:
Ing. Chimist Sp.IA Nicoleta LEMNE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ
Nr. 16432/ 20.03.2017

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE Nr. 436

pentru laboratoarele care efectuează monitorizarea calităţii apei potabile

Laboratorul: Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Slobozia Chimie si Microbiologie Sanitara

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IALOMITA

Adresa: Str. Decebal, nr. 1, Slobozia, jud. Ialomita
CUI: 4232135

Instituţia evaluatoare: Centrul Regional de Sanatate Publica Bucuresti;

Data evaluării: 10.03.2017

În conformitate cu prevederile art. 7 din *Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare,* şi ale art. 15 din anexa nr. 1 la *Hotărârea Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile*, laboratorul sus-menţionat este înregistrat în Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calităţii apei potabile pentru:

- monitorizare control [X]
- monitorizare audit [X]
- prelevare probe [X]

Anexe: A. Lista parametrilor pentru care laboratorul este înregistrat
B. Analizele şi metodele de analiză pentru care laboratorul este înregistrat

Înregistrarea este valabilă timp de 2 ani, în condiţiile în care nu apare nici o modificare care să conducă la neconformarea cu datele furnizate la data înregistrării

DIRECTOR GENERAL
DR. AMALIA SERBAN

Str. Cristian Popişteanu nr.1-3, sector 1, cod 010024, Bucureşti , România
Tel: +4021 3072667/624 Fax: +4021 3131452/ 3072567 e-maildam@ms.ro

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE NR. 436/20.03.2012

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

Str. Dr.A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Director: (+40 21) 318 36 00, (+40 21) 318 36 02, Fax: (+40 21) 312 3426

CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BUCURESTI

Anexa A: Lista parametrilor si a metodelor pentru care laboratorul este înregistrat

Nr. crt.	Parametrul	Metoda de analiză	Observaţii (modificări survenite de la înregistrarea anterioara)
1.	**Numar de colonii la 37°C**	SR EN ISO 6222/2004	Fara modificare
2.	**Numar de colonii la 22°C**	SR EN ISO 6222/2004	Fara modificare
3.	**Bacterii coliforme**	SR EN ISO 9308 -1 /2015	S-a inlocuit SR EN ISO 9308-1/2004/AC:2009 cu SR EN ISO 9308-1:2015
4.	***Escherichia coli***	SR EN ISO 9308 -1 /2015	S-a inlocuit SR EN ISO 9308-1/2004/AC:2009 cu SR EN ISO 9308-1:2015
5.	**Enterococi**	SR EN ISO 7899 - 2 /2002	Fara modificare
6.	**Amoniu**	SR ISO 7150-1:2001	Fara modificare
7.	**Azotiti**	SR EN 26777:2002/C91:2006	Fara modificare
8.	**Azotati**	SR ISO 7890-3:2000	Fara modificare
9.	**Clor liber si clor total**	SR EN ISO 7393-2:2002	Fara modificare
10.	**Clor rezidual**	STAS 6364-1978	Fara modificare
11.	**Cloruri**	SR ISO 9297:2001	Fara modificare
12.	**Conductivitate electrica**	SR EN 27888:1997	Fara modificare
13.	**Culoare**	SR EN ISO 7887:2002	Fara modificare
14.	**Fier**	SR ISO 6332:1996/C91:2006	Fara modificare
15.	**Fluoruri**	SR ISO 10359-1:2001	Parametru nou introdus
16.	**Gust**	SR EN 1622:2007	Fara modificare
17.	**Indice de permanganat**	SR EN ISO 8467:2001	Fara modificare
18.	**Miros**	SR EN 1622:2007	Fara modificare
19.	**pH**	SR ISO 10523:2012	S-a inlocuit SR ISO 10523:2009 cu SR ISO 10523:2012
20.	**Sulfuri si hidrogen sulfurat**	SR 7510:1997	Fara modificare
21.	**Suma de calciu si magneziu**	SR ISO 6059:2008	Fara modificare
22.	**Turbiditate**	SR EN ISO 7027:2001	Fara modificare
23.	**Trihalometani, tricloroetena, tetracloroetena**	SR ISO 10301:2003	Parametru nou introdus
24.	**Pesticide organoclorurate**	SR EN ISO 6468:2000	Parametru nou introdus
23.	**Prelevare probe**	SR EN ISO 19458:2007 SR EN ISO 5667-1:2007 SR EN ISO 5667-3:2013	Fara modificare

Evaluatori:
Chimist principal, CP III, Oana COPOIU
Biolog sp. Liliana NEAGU

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ
Nr. 16432/ 20.03.2017

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE Nr. 437

pentru laboratoarele care efectuează monitorizarea calităţii apei potabile

Laboratorul: Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Slobozia Chimie si Microbiologie Sanitara - **FETESTI**

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IALOMITA

Adresa: Str. Calarasi, nr. 515, Fetesti, jud. Ialomita
CUI: 4232135

Instituţia evaluatoare: Centrul Regional de Sanatate Publica Bucuresti;

Data evaluării: 10.03.2017

În conformitate cu prevederile art. 7 din *Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare,* şi ale art. 15 din anexa nr. 1 la *Hotărârea Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile*, laboratorul sus-menţionat este înregistrat în Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calităţii apei potabile pentru:

- monitorizare control [x]
- monitorizare audit [x]
- prelevare probe [x]

Anexe: A. Lista parametrilor pentru care laboratorul este înregistrat
B. Analizele şi metodele de analiză pentru care laboratorul este înregistrat

Înregistrarea este valabilă timp de 2 ani, în condiţiile în care nu apare nici o modificare care să conducă la neconformarea cu datele furnizate la data înregistrării

DIRECTOR GENERAL
DR. AMALIA SERBAN

Str. Cristian Popişteanu nr.1-3, sector 1, cod 010024, Bucureşti , România
Tel: +4021 3072667/624 Fax: +4021 3131452/ 3072567 e-maildam@ms.ro

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE NR.: 437/20.03.2017

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

Str. Dr.A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Director: (+40 21) 318 36 00, (+40 21) 318 36 02, Fax: (+40 21) 312 3426

CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BUCURESTI

Anexa A: Lista parametrilor si a metodelor pentru care laboratorul este înregistrat

Nr. crt.	Parametrul	Metoda de analiză	Observaţii (modificări survenite de la înregistrarea anterioara)
1.	**Numar de colonii la 37°C**	SR EN ISO 6222/2004	Fara modificare
2.	**Numar de colonii la 22°C**	SR EN ISO 6222/2004	Fara modificare
3.	**Bacterii coliforme**	SR EN ISO 9308 -1 /2015	S-a inlocuit SR EN ISO 9308-1/2004/AC:2009 cu SR EN ISO 9308-1:2015
4.	***Escherichia coli***	SR EN ISO 9308 -1 /2015	S-a inlocuit SR EN ISO 9308-1/2004/AC:2009 cu SR EN ISO 9308-1:2015
5.	**Enterococi**	SR EN ISO 7899 - 2 /2002	Fara modificare
6.	**Amoniu**	SR ISO 7150-1:2001	Fara modificare
7.	**Azotiti**	SR EN 26777:2002/C91:2006	Fara modificare
8.	**Azotati**	SR ISO 7890-3:2000	Fara modificare
9.	**Clor liber si clor total**	SR EN ISO 7393-2:2002	Fara modificare
10.	**Clor rezidual**	STAS 6364-1978	Fara modificare
11.	**Cloruri**	SR ISO 9297:2001	Fara modificare
12.	**Conductivitate electrica**	SR EN 27888:1997	Fara modificare
13.	**Culoare**	SR EN ISO 7887:2002	Fara modificare
14.	**Fier**	SR ISO 6332:1996/C91:2006	Fara modificare
15.	**Fluoruri**	SR ISO 10359-1:2001	Fara modificare
16.	**Gust**	SR EN 1622:2007	Fara modificare
17.	**Indice de permanganat**	SR EN ISO 8467:2001	Fara modificare
18.	**Miros**	SR EN 1622:2007	Fara modificare
19.	**pH**	SR ISO 10523:2012	S-a inlocuit SR ISO 10523:2009 cu SR ISO 10523:2012
20.	**Sulfuri si hidrogen sulfurat**	SR 7510:1997	Fara modificare
21.	**Suma de calciu si magneziu**	SR ISO 6059:2008	Fara modificare
22.	**Turbiditate**	SR EN ISO 7027:2001	Fara modificare
23.	**Prelevare probe**	SR EN ISO 19458:2007 SR EN ISO 5667-1:2007 SR EN ISO 5667-3:2013	Fara modificare

Evaluatori:
Chimist principal, CP III, Oana COPOIU
Biolog sp. Liliana NEAGU